

## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวุฒิ สะสมทรัพย์ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซีฟฟล่าย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๖/๙ หมู่ ๒ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายอมร ช่างเสียง/หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ยี่ห้อ BESTER รุ่น LM - ๔๓ MD จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕,๒๓๓.๖๔ บาท (ห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษี ออกรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ, แค็ตตาล็อก จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

#### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า - วันทำการของผู้ซื้อ

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง ชื่อบัญชี หจก.เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย เลขที่บัญชี ๑๒๑๐๑๘๗๔๕๐/ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี/นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น

เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อไม่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่พันบาทถ้วน)ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

#### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม

สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

#### ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาฯ เป็นสิ่งของของผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ แมดิคอลแอนด์ซัพพลาย  
AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายศราวุฒิ จันทร์สว่าง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจรรุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพิมพ์นารา เจริญชัยสมบัติ)

เลขที่โครงการ ๖๘๑๒๙๔๗๘๗๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๙๐๑๐๑๐๐๐๓๐๐

รายการแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ยี่ห้อ BESTER รุ่น LM - ๔๓ MD จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. คุณลักษณะทั่วไป**

๑.๑ เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรครอบแบบตั้งโต๊ะ มีลักษณะภายนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เปิดฝาด้านหน้าห้องนึ่ง ภายในห้องนึ่งเป็นรูปทรงกระบอก

๑.๒ ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตส์

๑.๓ โครงภายนอกเครื่อง ทำด้วยเหล็กพ่นสี

**๒. คุณสมบัติทางเทคนิค**

๒.๑ ห้องนึ่งทำด้วยสแตนเลสสตีล วางในแนวนอน มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร มีความจุภายในห้องนึ่ง ไม่น้อยกว่า ๔๓ ลิตร

๒.๒ มีระบบฆ่าเชื้อและอบแห้ง (Sterilization - Drying) และสามารถเลือกใช้งานเฉพาะฆ่าเชื้อหรืออบแห้งได้

๒.๓ มีชุดตั้งเวลาฆ่าเชื้อและอบแห้งแยกกัน เป็นชนิดมอเตอร์หมุนนับเวลา สามารถหมุนปรับตั้งเวลาได้ตั้งแต่ ๐ - ๓๐ นาที และจะเริ่มนับเวลา เมื่อถึงขั้นตอนฆ่าเชื้อและขั้นตอนอบแห้ง เมื่อนับครบเวลา จะหมุนกลับมาที่ตำแหน่ง ๐ และตัดไฟฟ้าหยุดการทำงานของเครื่อง

๒.๔ มีสวิตช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)

๒.๕ มีถังเก็บน้ำอยู่ภายในตัวเครื่องและมีที่แสดงระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่อง สามารถถ่ายน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งได้

๒.๖ มีวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ไหลจากถังเก็บน้ำเข้าห้องนึ่งและสามารถใช้ลดแรงดันฉุกเฉินได้ (Emergency Exhaust)

๒.๗ มีเกจวัดแรงดันและแรงดูดเป็นชนิดเข็ม อ่านค่าในห้องนึ่ง (Pressure Gauge) แสดงแรงดัน ๒ หน่วย

- หน่วยที่ ๑ แสดงหน่วย เคพีเอ เอบีเอส (Kpa Abs)

- หน่วยที่ ๒ แสดงหน่วย พีเอสไอ (PSI)

๒.๘ มีหลอดไฟแสดงการทำงาน

๒.๙ ที่ปิดประตูล็อกเป็นชนิดหมุนเกลียวปิดล็อก มีสวิตช์แสดงการปิดประตูแน่นแล้ว หากประตูปิดไม่สนิท เครื่องจะไม่ทำงาน (Door Closed Safety)

๒.๑๐ ระบบป้องกันการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ คือ เวลาฆ่าเชื้อจะไม่เริ่มทำงาน หากอุณหภูมิและแรงดันไม่ถึงจุดที่กำหนด

๒.๑๑ ชุดทำความร้อน (Heater) จำนวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ ขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๘๐๐ วัตต์ ติดตั้งอยู่ภายในห้องนึ่ง เพื่อสร้างไอน้ำในห้องนึ่งให้มีอุณหภูมิในห้องนึ่งให้ถึงจุดที่กำหนดในการฆ่าเชื้อ ชุดที่ ๒ สำหรับอบแห้งแบบแผ่นท่อหุ้มอยู่ภายนอก ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ วัตต์

๒.๑๒ มีระบบป้องกันความร้อนสูง Thermostat จำนวน ๒ ชุด

- ชุดที่ ๑ ป้องกันความร้อนในห้องนึ่งสูง จะตัดไฟฟ้าทั้งหมดและหยุดการทำงานของเครื่อง เป็นชนิดมีปุ่มกด Manual Reset Thermostat

- ชุดที่ ๒ ป้องกันความร้อนสูง เมื่ออุณหภูมิขณะอบแห้งสูง เป็นชนิด Auto Reset Thermostat

๒.๑๓ มีระบบป้องกันไฟฟ้า ชนิดเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว (Earth Leakage Breaker)

๒.๑๔ มีระบบป้องกันแรงดันเกินค่าที่กำหนด (Safety valve) ระบายแรงดันออก หากแรงดันเกิน ๒.๓ บาร์

๒.๑๕ มีการระบายไอน้ำและอากาศในห้องหนึ่งตลอดช่วงการผลิตไอน้ำ (Air Trap) ติดตั้งในถังเก็บน้ำ

### ๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑. ตะกร้าใส่ของเข้าห้องหนึ่ง ทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๑ ใบ

### ๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพและอะไหล่ ๑ ปี

๔.๒ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด


๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ชื่อ เครื่องนี้เข้าชื่อด้วยแรงดันไอน้ำ กับสำนักงานอาหารและยา

๔.๔ ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน การผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO๑๓๔๘๕:๒๐๑๖

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง โดยหนังสือรับรองต้องระบุ ชื่อผู้ซื้อสถานที่และเลขที่เอกสาร ตามประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือ วิธีจัดซื้อโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของราชการ และเป็นหนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ


๔.๖ ผู้ขายต้องมีเครื่องรุ่นที่เสนอมาให้คณะกรรมการพิจารณาได้ ภายใน ๓ วัน หากคณะกรรมการร้องขอ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)


(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ

(นายจิรวัดน์ สสมทรัพย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย  
**AO M&S**  
AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย

(นายศราวดี จันทร์สว่าง)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ)  พยาน


(นางสาวพิมพ์นารา เจริญชัยสมบัติ)

รายการแนบท้ายสัญญาซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙


ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย


๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ, แค็ตตาล็อก

จำนวน ๔ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ  
  
(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลซัพพลาย  
**AO M&S**  
AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย  
  
(นายศราวดี จันทร์สว่าง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
  
(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
  
(นางสาวพิมพ์นารา เจริญชัยสมบัติ)

# เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Table - Top Autoclave

สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้อุณหภูมิ และ แรงดันไอน้ำ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในสถานพยาบาล คลินิกศัลยกรรม ทันตกรรม โรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือผ่าตัด ภาชนะ เครื่องแก้ว ขวดบรรจุ ของเหลว อาหารเลี้ยงเชื้อ ให้ปราศจากเชื้อ ตามหลักการการทำลายเชื้อมาตรฐานสากล ควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 13485: 2016


## MML-BESTER



MD-Series

### อุปกรณ์การทำงาน

- ◆ ควบคุมด้วยระบบรีเลย์ แบบอัตโนมัติ
- ◆ ฮีตเตอร์ 2 ชุด ฆ่าเชื้อ อบแห้ง แยกกัน
- ◆ เทอร์โมสแตท 2 ชุด
- ◆ ยางขอบประตูสี่เหลี่ยม ทนแรงกดทับ
- ◆ เซพดีวาล์ว



### ตัวเครื่อง


โครงภายนอกเครื่องทรงแปดเหลี่ยม ทำด้วยเหล็กพ่นสี ห้องนึ่งรูปทรงกระบอกวางในแนวนอน ระบบเปิด ปิด ประตู แบบมือหมุน มีถังเก็บน้ำพร้อมสายวัดแสดงระดับน้ำ และถ้าน้ำแห้ง



### ระบบควบคุม

- ◆ ระบบฆ่าเชื้อและอบแห้ง
- ◆ ตั้งเวลาฆ่าเชื้อและอบแห้ง แบบมอดูร์หมุนกลับ ตัดไฟอัตโนมัติ
- ◆ วาล์วเปิด ปิด น้ำ
- ◆ ควบคุมด้วยสวิตช์ควบคุมแรงดัน
- ◆ ควบคุมด้วยรีเลย์
- ◆ ระบบไฟฟ้า แบบแมคคาทรอนิกส์ ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์

### อุปกรณ์อื่นๆ



- ◆ Thermostat ควบคุมความร้อนสูงเกิน 2 ชุด แบบกดปุ่ม Manual Reset และแบบ Auto Reset
- ◆ ระบายอากาศและไอน้ำด้วย Air Trap ในห้องนึ่งตลอดช่วงการผลิตไอน้ำ
- ◆ เบรกเกอร์ชนิดป้องกันไฟฟ้ารั่วไหล
- ◆ โซลีนอยด์ไฟฟ้า ไล่แรงดันออก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย

AO M&S

AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

จัดจำหน่ายโดย :

# MML-BESTER AUTOCLAVE

## Specification MD Series

วัสดุห้องนึ่ง	สแตนเลส หุ้มกันความร้อนด้วยฉนวนใยแก้ว
วัสดุโครงภายนอก	เหล็กพ่นสีฝุ่น
ระบบล็อกประตู	แบบมือหมุนเกลียวปิดล็อก มีสวิทช์แสดงการปิดประตูแน่นแล้ว หากประตูปิดไม่สนิท เครื่องจะไม่ทำงาน (Door Closed Safety)
สวิทช์แรงดัน	แบบหมุนได้ ปรับควบคุมแรงดันได้ ตั้งแต่ 0.8 - 2.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ อุณหภูมิ 118 -134 องศาเซลเซียส
ตัวตั้งเวลาฆ่าเชื้อและอบแห้ง	ชนิดหมุนตั้งเวลา สามารถหมุนปรับตั้งเวลาได้ ตั้งแต่ 0- 30 นาที เมื่อทำงาน มอเตอร์จะหมุนนับเวลา กลับมาที่ตำแหน่ง 0 และจะตัดไฟฟ้าเข้าขดลวดความร้อน
ระบบป้องกันอุณหภูมิสูง	ตัดระบบไฟฟ้า ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกิน Over Heat Protect Thermostat 2 แบบ 1. ชนิดมีกดปุ่ม Manual Reset ติดตั้งในห้องนึ่ง แบบปรับค่าไม่ได้ 2. ชนิดไม่มีปุ่มกด Auto Reset ติดตั้งภายนอกห้องนึ่ง แบบปรับค่าได้
ระบบป้องกัน	1. เซพดีวาล์ว เมื่อแรงดันเกิน 2.3 บาร์ 2. เวลาฆ่าเชื้อจะไม่ทำงาน หากแรงดันและอุณหภูมิไม่ถึงจุดที่กำหนด
ระบบระบายอากาศ ใอน้ำ	Air Trap จะระบายไอน้ำตลอดเวลา ขณะมีแรงดัน ติดตั้งในถังเก็บน้ำ
หลอดไฟ	แสดงขั้นตอนการทำงาน
เกจวัดแรงดัน	ชนิดเข็ม แสดงได้ทั้ง ค่าแรงดัน (Pressure) และค่าแรงดูดสุญญากาศ (Vacuum) มีหน่วยแสดง 2 หน่วย 1. kPa Abs 2. Psi
ระบบป้องกันไฟฟ้า	เบรกเกอร์ชนิดป้องกันไฟฟ้ารั่วไหล (Earth Leakage Breaker)
วาล์วเปิด ปิด น้ำ	เปิด- ปิด น้ำเข้าเครื่อง หรือเป็นทางระบายไอน้ำฉุกเฉิน (Emergency Exhaust)
ถังเก็บน้ำ	แบบสแตนเลส มีสายแสดงระดับน้ำและถ่ายน้ำทิ้ง พร้อมท่อระบายอากาศ
บรรจุของนึ่ง	ตะกร้าใส่ของนึ่ง ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 1 ชุด
ไฟฟ้า	220 โวลท์ 50 เฮิร์ตส์
ระบบควบคุมคุณภาพ	ISO13485 :2016

MODEL รุ่น	CHAMBER SIZE (DIA X DEPTH ) เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความลึก (มม.)	CAPACITY (L) ลิตร	HEATER 1. (Ste) POWER (Watt) 220 Volt 50 Hz	HEATER 2. (Dry) POWER (Watt) 220 Volt 50 Hz
LM -25 MD	260 X 470 mm	25	1400	300
LM -43 MD	305 X 600 mm	43	1800	600
LM -50 MD	320 X 625 mm	50	2000	600
LM -60 MD	340 X 670 mm	60	2500	1200
LM -85 MD	380 X 750 mm	85	3000	1260

AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

จัดจำหน่ายโดย :

**รายละเอียดและคุณลักษณะ**  
**เครื่องหนึ่งสำหรับฆ่าเชื้อไฟฟ้า (AUTOCLAVE) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร**  
**รุ่น LM – 43 MD**

**1. คุณลักษณะทั่วไป**

- 1.1 เป็นเครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบตั้งโต๊ะ มีลักษณะภายนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เปิดฝาด้านหน้าห้องหนึ่ง ภายในห้องหนึ่งเป็นรูปทรงกระบอก
- 1.2 ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตส์
- 1.3 โครงภายนอกเครื่อง ทำด้วยเหล็กพ่นสี

**2. คุณสมบัติทางเทคนิค**

- 2.1 ห้องหนึ่งทำด้วยสแตนเลสสตีล วางในแนวนอน มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 305 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร มีความจุภายในห้องหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 43 ลิตร
- 2.2 มีระบบฆ่าเชื้อและอบแห้ง (Sterilization – Drying) และสามารถเลือกใช้งานเฉพาะฆ่าเชื้อหรืออบแห้งได้
- 2.3 มีชุดตั้งเวลาฆ่าเชื้อและอบแห้งแยกกัน เป็นชนิดมอเตอร์หมุนนับเวลา สามารถหมุนปรับตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0 – 30 นาที และ จะเริ่มนับเวลา เมื่อถึงขั้นตอนฆ่าเชื้อและขั้นตอนอบแห้ง เมื่อนับครบเวลา จะหมุนกลับมาที่ตำแหน่ง 0 และตัดไฟฟ้าหยุดการทำงานของเครื่อง
- 2.4 มีสวิตช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)
- 2.5 มีถังเก็บน้ำอยู่ภายในตัวเครื่องและมีที่แสดงระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่อง สามารถถ่ายน้ำในถังเก็บน้ำทิ้ง
- 2.6 มีวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ไหลจากถังเก็บน้ำเข้าห้องหนึ่งและสามารถใช้ลดแรงดันฉุกเฉินได้ (Emergency Exhaust)
- 2.7 มีเกจวัดแรงดันและแรงดูด เป็นชนิดเข็ม อ่านค่าในห้องหนึ่ง (Pressure Gauge) แสดงแรงดัน 2 หน่วย หน่วยที่ 1 แสดงหน่วย เคพีเอ เอบีเอส (Kpa Abs) หน่วยที่ 2 แสดงหน่วย พีเอสไอ (PSI)
- 2.8 มีหลอดไฟแสดงการทำงาน
- 2.9 ที่ปิดประตูล็อกเป็นชนิดหมุนเกลียวปิดล็อก มีสวิตช์แสดงการปิดประตูแน่นแล้ว หากประตูปิดไม่สนิท เครื่องจะไม่ทำงาน (Door Closed Safety)
- 2.10 ระบบป้องกันการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ คือ เวลาฆ่าเชื้อจะไม่เริ่มทำงาน หากอุณหภูมิและแรงดันไม่ถึงจุดที่กำหนด
- 2.11 ชุดทำความร้อน (Heater) จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ขนาดกำลังไฟฟ้า 1800 วัตต์ ติดตั้งอยู่ภายในห้องหนึ่ง เพื่อสร้างไอน้ำในห้องหนึ่งให้มีอุณหภูมิในห้องหนึ่งให้ถึงจุดที่กำหนดในการฆ่าเชื้อ ชุดที่ 2 สำหรับอบแห้ง แบบแผ่นห่อหุ้มอยู่ภายนอก ขนาดกำลังไฟฟ้า 600 วัตต์

ทำขึ้นที่...  
**AO M&S**  
AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

*Handwritten mark*

- 2.12 มีระบบป้องกันความร้อนสูง Thermostat จำนวน 2 ชุด  
ชุดที่ 1 ป้องกันความร้อนในห้องนั่งสูง จะตัดไฟฟ้าทั้งหมดและหยุดการทำงานของเครื่อง เป็นชนิด  
แบบมีปุ่มกด Manual Reset Thermostat  
ชุดที่ 2 ป้องกันความร้อนสูง เมื่ออุณหภูมิขณะอบแห้งสูง เป็นชนิด Auto Reset Thermostat
- 2.13 มีระบบป้องกันไฟฟ้า ชนิดเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว (Earth Leakage Breaker)
- 2.14 มีระบบป้องกันแรงดันเกินค่าที่กำหนด ( Safety valve) ระบายแรงดันออก หากแรงดันเกิน 2.3 บาร์
- 2.15 มีการระบายไอน้ำและอากาศในห้องนั่งตลอดช่วงการผลิตไอน้ำ (Air Trap) ติดตั้งในถังเก็บน้ำ

### 3. อุปกรณ์ประกอบ

- 3.1 ตะกร้าใส่ของเข้าห้องนั่ง ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 1 ใบ

### 4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 รับประกันคุณภาพและอะไหล่ 1 ปี
- 4.2 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  
ชื่อ เครื่องนั่งมาเชื่อมด้วยแรงดันไอน้ำ กับสำนักงานอาหารและยา
- 4.4 ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน การผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485:2016
- 4.5 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง โดยหนังสือรับรองต้องระบุ  
ชื่อผู้ซื้อสถานที่และเลขที่เอกสาร ตามประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือ วิธีจัดซื้อโดยวิธี  
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding )ของราชการ และเป็นหนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่  
ออกหนังสือ
- 4.6 ผู้ขายต้องมีเครื่องรุ่นที่เสนอ มาให้คณะกรรมการพิจารณาได้ ภายใน 3 วัน หากคณะกรรมการร้องขอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
**AO M&S**  
AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP





# Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

**MML MED TECH LTD., PART.**

17 Soi Hathairat 27, Minburi, Minburi District, Bangkok, 10230, Thailand

in recognition of the organization's Quality Management System which complies with


**ISO 13485:2016**

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Manufacture of Autoclave (MML-BESTER BRAND)  
Trading of Autoclave and After Sale Service**

สำนักงานส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย  
**AO M&S**  
AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

*On*



Certificate Number **109500/A/0001/UK/En**

A certificate number of 0001, confirms the Client has a single site Certified & the site is their Head Office or Main site in relation to the Certified scope with URS. A certificate number of 0001 or greater (e.g. 0001/0001/UK/En) refers to a client that has more than one site certified with URS, in such, the following statement shall apply: "The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate"

Date of Issue of Certification Cycle	Issue Number	Certificate Expiry Date	Certification Cycle
25 February 2023	2	24 February 2026	2
Revision Date	Revision Number	Original Certificate Issue Date	Scheme Number
10 February 2023	0	25 February 2020	n/a

For detailed explanation for the data fields above, refer to <http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations>

Issued by

*Mukesh Singhal*

Mukesh Singhal - On behalf of the Schemes Manager





รายการแนบท้ายสัญญาซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘


ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย

๓.๒ ผแนวก ๒ ใบเสนอราคา

จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ซื้อ  
(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย  
**AO M&S**  
AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP  
(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ขาย  
(นายศราวุฒิ จันทรสว่าง)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางสาวพิมพ์นารา เจริญชัยสมบัติ)

AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID : 0123551003270

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย

เลขที่. 6809-1290

76/9 หมู่ 2 หมู่บ้านลาพาน 9 ซอย 9/1B ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

76/9 Moo 2 Moobaan Lapawan 9 Soi 9/1B Bangplub, Pakkret Nonthaburi, 11120 Thailand

Tel.0-2571-1149 Fax. 0-2927-8941 E-mail ao\_amorn@yahoo.com

24 ธ.ค. 68

ชื่อผู้ติดต่อ

คุณศราวดี : 094-9643784

Office : 086-4610847

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องมือทางการแพทย์

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ทางห้างฯ มีความยินดีในการเสนอราคาเพื่อขายผลิตภัณฑ์แต่ท่านตามราคา และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเสนอราคานี้

ลำดับ	รายละเอียดสินค้า (Description)	จำนวน (QTY)	ราคาต่อหน่วย (Unit Price)	ราคารวม (Amount)
1	เครื่องล้างฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร รุ่น LM - 43 MD ยี่ห้อ BESTER โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  รับประกันคุณภาพ 1 ปี	1 เครื่อง	80,000.00	80,000.00
กำหนดชำระเงิน	30 วัน		ราคาสุทธิ	74,766.36
กำหนดส่งของ	ภายใน 90 วัน นับจากวันรับใบสั่งซื้อ		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,233.64
กำหนดยื่นราคา	ภายใน 120 วัน นับจากวันเสนอราคา		ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,000.00

\*\*\* หวังว่าคงจะได้รับการพิจารณาจากท่านในโอกาสนี้

(แปดหมื่นบาทถ้วน)

อนุมัติสั่งซื้อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย

AO M&S

AO MEDICAL AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP ขอแสดงความนับถือ

ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา

(นายอมร ช่างเสียง)

ผู้จัดการ